



Roma, 01/05/2004
Prot. 26/11/P04

Spettabile EuroBioConcept Ltd.
Ufficio per l'Italia
Via Quattro Novembre 149
00187 - Roma
c.a. Dott. Mario Montanucci Pignatelli

OGGETTO: Certificazione SINTION 1.1

A seguito della richiesta pervenuta dalla SV in data 12/03/2004, tendente ad ottenere conferma circa la effettiva capacità di sterilizzazione e disinfezione dei rifiuti medici - ospedalieri del macchinario SINTION 1.1 , si trasmette il certificato relativo agli esami effettuati sull' attrezzatura.

Prof. Maria Innocenza Montesanti
Direttore del Servizio Speciale di Fisica
Medica Biologica e Sanitaria



Oggetto: Certificazione SINTION 1.1

PREMESSE:

- A seguito della richiesta da parte della Società EuroBioConcept Ltd. in data 12/03/2004, sottoscritta dal legale rappresentante Mario Montanucci Pignatelli, tendente ad ottenere conferma della effettiva capacità di disinfezione e sterilizzazione dei rifiuti medici - ospedalieri da parte della macchina SINTION 1.1 prodotta dalla Christof Group GMBH (Plabutscherstrasse 115, 8051 Graz - Austria) e rappresentata in Italia dalla citata Società EuroBioConcept Ltd;
- Presa Visione del Rapporto dell' Istituto di Microbiologia e Igiene Ospedaliera di Graz - Austria - n. ST. 02/02 redatto in data 24 Giugno 2002 a cura del Prim. A. Bogiatzis, M.d. , Direttore del citato Istituto - circa i test eseguiti sul SINTION e la sua efficacia nella disinfezione e sterilizzazione dei rifiuti (ALLEGATO C);
- Presa Visione dei Rapporti e delle Approvazioni ricevute da paritari Istituti Europei e Internazionali (ALLEGATO D);
- A seguito della verifica di avvenuta disinfezione e sterilizzazione svolta effettuando un ciclo completo di test al 28/04/2004 (ALLEGATO A e B);
- Dopo aver svolto le analisi sul rifiuto trattato con il macchinario SINTION 1.1 presso i laboratori della Christof Group GMBH in Graz, Austria, in data 28/04/2004 ed a confronto con la documentazione prodotta dalla società costruttrice;

SI E' CONSTATATO

- nelle analisi post trattamento, l' avvenuta eliminazione di batteri, funghi, spore di funghi, l' inattività di virus, nonché l' eliminazione dei bacilli di antrace e del virus HIV;

SI ATTESTA PERTANTO:

- l' efficacia del macchinario SINTION 1.1 nella disinfezione e sterilizzazione dei rifiuti infettivi derivanti dal settore medico - ospedaliero;



SI DICHIARA INOLTRE:

- che il rifiuto trattato con il macchinario SINTION 1.1 diviene assimilabile ad un rifiuto solido urbano e, pertanto, può essere disposto in conformità dell'art. 11 del D.P.R. 15/07/2003, n. 254 ed in conformità del Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio 19/11/1997, n. 503 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Certificato si compone di due pagine più gli allegati. Non è autorizzata la riproduzione se non integrale.

Si rilascia su richiesta dell' interessato per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Roma, 01/05/2004

Prof. Maria Innocenza Montesanti

**Direttore del Servizio Speciale di Fisica
Medica Biologica e Sanitaria**

ALLEGATI:

- A) RAPPORTO 02 007 002 – Programma 2
- B) RAPPORTO 02 007 002 – Programma 4
- C) RAPPORTO d' IGIENE Istituto di Microbiologia e Igiene Ospedaliera di Graz – Austria
n. ST. 02/02
- D) "APPROVALS & REPORTS" SINTION 1.1